



T.R. Turoni srl  
Via Copernico 26 - 47122 FORLÌ - Italy  
Partita Iva Id. Code 01036430401 - Iscr. CCIAA FC 01036430401  
R.E.A. Forlì n. 205174  
Tel. ++39 0543 724848 - Fax ++39 0543 774670  
E-mail [info@trturoni.com](mailto:info@trturoni.com) - web site [www.trturoni.com](http://www.trturoni.com)

## **45500 Psicrometro a tabella fissa con termom. Div. 1/2° (-10+50°C)**

### **USO DELLA TABELLA PSICROMETRICA**

Con lo strumento che avete acquistato, avrete la possibilità di determinare in modo preciso l'umidità presente nel luogo dove è stato installato, inoltre, con il termometro a gambo asciutto, potete vedere esattamente la temperatura del momento (i termometri segnano il mezzo grado). Per determinare l'umidità relativa si calcherà la differenza di temperatura fra i due termometri e, usando la tabella, all'incrocio fra i gradi segnati dal termometro bagnato e la suddetta differenza si determinerà l'umidità relativa del momento.

### **ESEMPIO**

- Il termometro asciutto segna 20° e quello bagnato 18°.
- La differenza è di 2 gradi.
- All'incrocio della colonna 2 col grado 18 troviamo che l'umidità relativa dell'aria è 81%.
- Nella vaschetta mettere acqua potabile.